



Iluminator naczyniowy

OPIS PRODUKTU- PARAMETRY TECHNICZNE

	Konfiguracja podstawowa	Parametr
1	Ręczny, bezkontaktowy wykrywacz żył do wyświetlania żył pod powierzchnią skóry	TAK
2	Używa zarówno bezpiecznego źródła światła podczerwonego, jak i źródła światła widzialnego, bez lasera, bez promieniowania	TAK
3	Dwa tryby pracy (normalny i odwrócony)	TAK
4	Każdy tryb ma 7 różnych kolorów, wyraźny i dokładny obraz	TAK
5	Każdy kolor ma 4 poziomy regulacji siły światła	TAK
6	Działa w jasnym lub ciemnym oświetlonym otoczeniu	TAK
7	Zakres odległości projekcji	30 cm

8	Natężenie światła	300–1000 lx
9	Długość fali aktywnego promieniowania	750–980 nm
10	Waga	280 g
11	Pełne ładowanie baterii	2 h
12	Czas pracy na akumulatorze	2,5 h
13	Zasilanie	100-240 V, 50/60 Hz