



Fotel laryngologiczny

OPIS PRODUKTU- PARAMETRY TECHNICZNE

LP.	Konfiguracja podstawowa	Parametr
1	Konstrukcja fotela wykonana z stali galwanizowanej pokrytej lakierem proszkowym odporna na korozję oraz działanie promieniowania UV	TAK
2	Siedzisko wykonane z pianki wiskoelastycznej, termoplastycznej w zmywalnym pokrowcu odpornym na działanie środków dezynfekujących	TAK
3	Gęstość pianki materaca	30kg/m3
4	Wysokość fotela, podparcie pleców i nóg oraz regulacja Trendelenburga regulowane elektro-mechanicznie za pomocą ręcznego pilota przewodowego	TAK
5	Podstawa jezdna fotela pokryta antybakteryjnym tworzywem ABS odpornym na działanie środków dezynfekujących oraz promieniowanie UV	TAK
6	Wielopozycyjne podłokietniki regulowane ręcznie z możliwością demontażu	TAK
7	Demontowalny zagłówek, regulowany w trzech płaszczyznach	TAK
8	Specjalny stalowy schodek ułatwiający wejście na fotel	TAK
9	Całkowita długość	1960mm
10	Regulacja wysokości	640-840mm
11	Szerokość siedziska i oparcia pleców	510mm
12	Szerokość fotela z zamontowanymi podłokietnikami	750mm
13	Długość segmentu pleców	645mm
14	Głębokość siedziska	445mm

15	Długość podłokietników	500mm
16	Szerokość podłokietników	100mm
17	Szerokość zagłówka	350mm
18	Długość zagłówka	220mm
19	Szerokość schodka	225mm
20	Długość schodka	180mm
21	Regulacja funkcji Trendelenburga	12°
22	Regulacja segmentu pleców	78°
23	Regulacja segmentu nóg	88°
24	Dopuszczalne obciążenie robocze	180kg
25	Waga stołu	110kg