



Stół zabiegowy

OPIS PRODUKTU- PARAMETRY TECHNICZNE

LP.	Konfiguracja podstawowa	Parametr
1	Konstrukcja stołu wykonana z stali galwanizowanej pokrytej lakierem proszkowym, odporna na korozję oraz działanie promieniowania UV	TAK
2	Siedzisko wykonane z pianki wiskoelastycznej, termoplastycznej w zmywalnym pokrowcu odpornym na działanie środków dezynfekujących	TAK
3	Gęstość pianki materaca	30kg/m ³
4	Wysokość stołu, podparcie pleców i nóg oraz regulacje TB/ATB regulowane elektro-mechanicznie za pomocą ręcznego pilota przewodowego	TAK
5	Podstawa jezdna stołu pokryta antybakteryjnym tworzywem ABS odpornym na działanie środków dezynfekujących oraz promieniowanie UV	TAK
6	Odejmowane uchwyty narzędziowe mocowane za pomocą śruby do szyn ze stali nierdzewnej umieszczonych po bokach fotela, w standardzie Euro	TAK
7	Stół wyposażony w demontowalny zagłówek z regulowaną wysokością o takiej samej szerokości jak siedzisko	TAK
8	Wielopozycyjne podłokietniki regulowane ręcznie z możliwością demontażu	TAK
9	Wielopozycyjne podpory kolan	TAK
10	Cztery szyny akcesoryjne wykonane ze stali nierdzewnej umieszczone po bokach stołu wyposażone w wielopozycyjne uchwyty regulowane za pomocą mechanizmu śrubowego	TAK
11	Dwie podpory nóg mocowane do szyny akcesoryjnej	TAK
12	Dwa uchwyty dla pacjenta po obu stronach stołu mocowane do szyny akcesoryjnej	TAK

13	Dopuszczalne obciążenie robocze	180kg
14	Całkowita długość stołu	1900mm
15	Regulacja wysokości	640-840mm
16	Szerokość siedziska i oparcia pleców	670mm
17	Szerokość fotela z zamontowanymi podłokietnikami	720mm
18	Regulacja funkcji Trendelenburga	13°
19	Regulacja segmentu pleców	70°
20	Długość segmentu pleców	500mm
21	Głębokość siedziska	400mm
22	Długość podłokietników	600mm
23	Szerokość podłokietników	200mm
24	Waga stołu	110kg