



Waga bariatryczna

OPIS PRODUKTU- PARAMETRY TECHNICZNE

Waga bariatryczna

LP.	Konfiguracja podstawowa	Parametr
1	Precyzyjne ważenie pacjentów stojących	TAK
2	Dopuszczalne obciążenie	350kg
3	Wymiary platformy	61 cm ²
4	Wymiary wyświetlacza LCD	160x170x40mm
5	Waga urządzenia	20kg
6	Temperatura operacyjna	5-50°C
7	Waga zasilana kablowo lub bateryjnie	TAK
8	Czułość wagi	0,83μV na działkę (0-3,0mV/V), klasa III
9	Klawiatura wykonana z przycisków membranowych	TAK
10	Łączność: port RS232	TAK
11	Cztery ogniwa obciążeniowe	350 Ω
12	Port szeregowy wejścia/wyjścia	TAK
13	Wejście na adapter zasilania AC/DC 12V	TAK
14	Port USB typu B	TAK
15	Funkcja Wi-Fi	TAK
16	Automatyczne wyłączenie	TAK
17	Waga wyposażona w filtr cyfrowy StableSENSE® redukujący nieścisłości pomiarów spowodowane drganiami sprzętu lub ruchami pacjenta.	TAK