



Urządzenie do dekontaminacji powietrza

OPIS PRODUKTU- PARAMETRY TECHNICZNE

LP.	Konfiguracja podstawowa	Parametr
1	Urządzenie przeznaczone do ciągłej dezynfekcji powietrza w średnich pomieszczeniach wykorzystujące niskoenergetyczną technologię plazmową	TAK
2	Maksymalna wielkość pomieszczenia	do 100m ³
3	Dezaktywacja i likwidacja mikroorganizmów	99,999%
4	Klasa 2 pomieszczenia o podwyższonych wymaganiach higienicznych, w tym: izolatki, oddziały anestezjologii i intensywnej terapii, sale pooperacyjne, pomieszczenia przygotowania pacjenta, pomieszczenia przygotowania lekarza	TAK
5	Klasa 3 separatki, oddziały zakaźne	TAK
6	Klasa 4 pozostałe pomieszczenia medyczne	TAK
7	Pozostałe pomieszczenia użyteczności publicznej	TAK
8.	Wymiary	325x420x825mm
9.	Atest PZH	TAK