



## Automatyczna opaska uciskowa Medione TRQ-2020

### OPIS PRODUKTU- PARAMETRY TECHNICZNE

LP.	Konfiguracja podstawowa	Parametr
1	Automatyczny test systemu oraz szczelności	TAK
2	System alarmowy bezpieczeństwa	TAK
3	Wizualne oświetlenie neonowe kluczy i system alarmowy	TAK
4	Wyświetlacz LED	TAK
5	Wbudowany akumulator	TAK
6	4 szt. opaski uciskowej	TAK
7	Możliwość szybkiej zmiany wymaganej wartości ciśnienia dla bezpieczeństwa pacjenta podczas operacji	TAK
8	Regulowany czas aplikacji	TAK

9	Regulowany zakres ciśnienia	TAK
10	Regulowany alarm czasowy	TAK
11	Po zakończeniu skorygowanego okresu deflacji, uruchamia się alarm i można wprowadzić dodatkowy czas	
12	Zasilanie	100–240 V 50–60 Hz 0,3A Max
13	Zakres ciśnienia mankietu	20 mmHg / 650 mmHg
14	Bateria	12 V, 2,6 Ah
15	Nominalna wartość sprężarki	12 V, maks. 1,5 bar
16	Klasa ochrony	IP20
17	Precyzja	±5 mmHg/±1 mmHg
18	Rozmiary	275 x 235 x 268 mm
19	Waga	4kg
<b>LP.</b>	<b>Konfiguracja dodatkowa</b>	<b>Parametr</b>
1	Stojak do przenoszenia z koszem	TAK